

UNIwersytet Jagielloński
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +48 12 663 39 42;
e-mail: www.uj.edu.pl
www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 09.01.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie z dziedziny nauki na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), którego przedmiotem jest na wyłonienie Wykonawcy na dostawę spektrometru FTIR z przystawką ATR na potrzeby Wydziału Chemii UJ, numer postępowania 80.272.502.2022.

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzieloną odpowiedź do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

W opisie wyposażenia jest zawarty następujący akapit:

"Przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek stałych, ciekłych i półpłynnych z kryształem diamentowym litym oraz drugim kryształem diamentowym do mikroprobek. W zestawie kryształ ZnSe płaski. Wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o regulowanej sile docisku, automatycznie rozpoznawana przez spektrometr z automatycznym ładowaniem optymalnych parametrów analizy. Wymagany dodatkowy kryształ pomiarowy Ge. Płytki z kryształami pomiarowymi mocowane powtarzalnie przy użyciu kołków pozycjonujących. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru"

Prosimy o sprecyzowanie czy wymagane jest żeby dodatkowy kryształ pomiarowy Ge został ujęty w cenie oferty, czy też wymagane jest by taki kryształ był dostępny do zaoferowanej przystawki. Zwracamy uwagę, że ten kryształ nie był ujęty w ofercie szacunkowej składanej w odpowiedzi na otrzymane zapytanie z 14.11.2022 i jego dodanie podwyższy cenę oferty, a zastosowanie tego kryształu w pomiarach FTIR jest ograniczone do produktów z dużą zawartością sadzy (gumy) i nie stosuje się go w badaniach próbek typu tkanki czy próbki kryminalistyczne.

Odpowiedź 1:

W ofercie nie jest wymagany kryształ pomiarowy Ge, niniejszy winien być dostępny w przyszłości do zaoferowanego zestawu oraz możliwy do zastosowania w proponowanym układzie pomiarowym.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do Zaproszenia stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert uległy zmianie w dniu 03.01.2023 r.

Z poważaniem,

Anna Dymowska