

Znak sprawy 80.272.305.2020

Kraków, dnia 6 października 2020 r.

**Do wszystkich potencjalnych wykonawców**

dot. postępowania prowadzonego w trybie udzielenia zamówienia z dziedziny nauki na zakup, dostawę fabrycznie nowego wielofunkcyjnego czytnika mikroplitek wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

**Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert**

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytanie jednego z potencjalnych wykonawców skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia i parametrów technicznych zamawianej aparatury, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

**Pytanie 7 (kontynuacja numeracji z poprzednich wyjaśnień):**

„Czy Zamawiający dopuści czytnik mikroplitek wyposażony w pełen zestaw filtrów bez monochromatorów według zapisu "Urządzenie jest wyposażone w pełen zestaw filtrów wykorzystywanych do wykonywania wyżej wymienionych pomiarów", gdzie pomiar intensywności fluorescencji będzie się odbywał przy długościach fali wzbudzenia w zakresie co najmniej 250-825 nm oraz przy długościach fali emisji w zakresie co najmniej 280-840 nm (punkt 7 i 10 w opisie przedmiotu zamówienia)? Zastosowanie filtrów optycznych pozwoli uzyskać zdecydowanie wyższą czułość dla pomiarów fluorescencji w porównaniu do monochromatorów”.

**Odpowiedź 7:**

Podstawowym trybem pracy wymagany przy pomiarach fluorescencyjnych przez zamawiającego jest pomiar w oparciu o wykorzystanie monochromatorów po stronie wzbudzenia i emisji. Inne rozwiązanie jest dopuszczalne tylko, gdy zostanie spełniony warunek umożliwiający wybór długości fal wzbudzenia i emisji dla pomiarów fluorescencyjnych z dokładnością 1 nm lub lepszą ( $\leq 1$  nm).

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. **Zatem, termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z poważaniem

Monika Poniewierska