

UNIwersytet Jagielloński
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03
e-mail: bjp@uj.edu.pl ; www.uj.edu.pl
www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 23 sierpnia 2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1740 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury naukowej na potrzeby Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ – postępowanie w podziale na 2 części.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI ZAPROSZENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Zaproszenia, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści termocykler z blokiem srebrnym i pojemnością termobloku 96 probówek o pojemności 0,2, pasków z 8 probówkami i 96-dołkowych płytek (skirted, semi-skirted, unskirted)? Termocyklery spełniające pozostałe wymagania z oferty oferenta z podaną pojemność termobloku są dostępne ale tylko dla bloku aluminiowego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2:

Czy w związku z powyższym, zamawiający wyrazi zgodę dla termocyklera z blokiem srebrnym aby pokrywa była z automatyczną regulacją dociskania probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji z wyłączeniem probówek 0,5ml?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną do opisanej wirówki , wirówkę o różniącą się jedynie w poniższych parametrach:

- wymiary zewnętrzne (S x G x W): 44 x 77 x 29 cm, przy założeniu, że głębokość stołu wystarczy 65 cm, ponieważ głębokość zewnętrzną zwiększa przedni odstający w powietrzu panel.
- wysokość z otwartą pokrywą wynosi dokładnie 72 cm
- opcja stałego chłodzenia w zakresie temperatury od -10 °C do +40 °C
- zamiast ochrony hasłem jest funkcja uśpienia wirówki ?

Odpowiedź do 3a):

Nie.

Odpowiedź do 3b):

Tak.

Odpowiedź do 3c):

Tak.

Odpowiedź do 3d):

Tak.

Pytanie nr 4:

Czy dobrze rozumiem, że rotor na mikroplątce ma mieć przykrywkę i to one są osłoną powietrzną?

Odpowiedź:

Tak.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, modyfikacje do Zaproszenia, stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Termin składania ofert 27.08.2021 r. godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert 27.08.2021 r. godz. 12:00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Z poważaniem,

Jolanta Szymanek - Górniak

Otrzymują:

1. Strona internetowa UJ;
2. a/a.