

UNIwersytet Jagielloński
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-663-39-14;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl
www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 06.09.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1740 ze zm.), którego przedmiotem jest dostawa czytnika luminescencji, fluorescencji i absorbancji dla potrzeb Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI ZAPROSZENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

1. Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 7.

Zamawiający zapisał:

„Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu).“

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, ~~przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu).~~“

Wniosek swój motywujemy tym, iż gwarancja jest udzielana raz dla konkretnego sprzętu.

Właśnie w ramach gwarancji wykonawca dokonuje wymiany wadliwego przedmiotu, jego elementu lub modułu.

Producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować zapewnia jedną gwarancję a nie wielokrotną.

Wykonawca szacując ryzyko musi wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia konieczności wymiany przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu np w ostatnim miesiącu gwarancji.

Sytuacja opisana przez Zamawiającego doprowadziłaby do uzyskania gwarancji dodatkowej na następne 12 miesięcy.

Istnieje też ryzyko, że w trakcie trwania dodatkowej gwarancji sytuacja ulegnie powtórzeniu.

By móc prawidłowo oszacować koszt sprzętu do oferty Wykonawca musiałby uwzględnić wartość aparatu razy x a takiej kalkulacji nie da się dokonać. Te kryterium Zamawiającego uniemożliwia przygotowanie wyceny przez Wykonawcę.

2. Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 9.

Zamawiający zapisał:

„Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu umowy.“

Wnosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał:

„Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, ~~przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu umowy.~~“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż obecny zapis skutkuje wydłużeniem okresu rękojmi o czas naprawy z tytułu gwarancji. Aby móc spełnić zapisany warunek Wykonawca musiałby uwzględnić w cenie oferowanego sprzętu dodatkową usługę opieki serwisowej.

Dodatkowej usługi Wykonawca nie jest w stanie oszacować, gdyż nie jest znana długość napraw które to hipotetycznie mogłyby wystąpić.

3. Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 11.

Zamawiający zapisał:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.“

Wnosimy o korektę w/w zapisu, tak by brzmiał:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny **autoryzowany przez producenta** podmiot do

usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż w przypadku napraw dokonanych przez podmiot nieautoryzowany przez producenta sprzętu bieg gwarancji ulega przerwaniu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zapisy. Równocześnie Zamawiający wydłuża wymagany termin gwarancji do 24 miesięcy.

Pytanie nr 2:

Dotyczy SIWZ, punkt 3, podpunkt 2

W szczegółowym opisie zamówienia wskazując wymagania systemu Zamawiający podał: „automatyczna kontrola płytki, **kontrola dozowania**, kontrola prędkości i siły wytrząsania”
Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga dostarczenia systemu wyposażonego w dispenser umożliwiający dozowanie odczynników?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga dyspensera.

Pytanie nr 3:

1. Czy czytnik mam mieć możliwość odczytu płytek z góry i dołu (opcja montowana fabrycznie) , czy wystarczy tylko z góry ?
2. Czy czytnik ma być wyposażony już teraz (oprócz Absorbancji, Fluorescencji, Luminescencji) w TRF i Alphasreening, czy tylko mam mieć możliwość doposażenia w nie w przyszłości ?
3. Czy czytnik ma być wyposażony w moduł gazowy – kontrola CO2 i O2 (opcja montowana fabrycznie) ?
4. Czy czytnik ma być wyposażony w dispenser lub dwa dyspensery , czy też mieć tylko możliwość doposażenia w nie w przyszłości ?

Odpowiedź 3:

1. Wystarczy tylko z góry.
2. Zamawiający wymaga możliwości doposażenia w TRF i Alphascreening
3. Nie
4. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi nr 2.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zaproszenia oraz jego modyfikacja, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert ulega zmianie.

Nowy termin składania ofert: 10.09.2021r. godz 09:00

Z poważaniem,
Artur Wyrwa

Otrzymują:

1. Strona internetowa UJ;
2. a/a.