


| | |
|--|---|
| <p>UNIwersytet Jagielloński DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +48 12 663-39-03, e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl</p> |  |
|--|---|

Kraków, dnia 27.04.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy matryc fotopowielaczy krzemowych - 50 szt. dla Instytutu Fizyki - Zakładu Fizyki Hadronów UJ, numer postępowania 80.272.138.2022.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPROSZENIA

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

Kontaktuję się z Państwem w sprawie przetargu pod nr 80.272.138.2022. Chcielibyśmy złożyć ofertę z naszym produktem (...), który idealnie spełniałby wasze wymagania. Niestety produkt ten jest już wycofany i nie możemy oferować wymaganych 50 szt. Z tego powodu chcielibyśmy zaproponować produkt alternatywny (...), który najlepiej spełnia wymagania, ale nie w pełni odpowiada następującym parametrom technicznym:

- 1.1 Rozmiar SiPM 3,72x3,62 mm² zamiast 3x3 mm²,
- 1.2 Rozmiar SiPM 40um zamiast 25 um,
- 1.3 Montaż przez lutowanie zamiast złącza.

Odpowiedz 1:

Zamawiający informuje, iż:

- 1.1. dopuszcza inne wymiary aktywnego piksela w matrycy fotopowielaczy krzemowych, jeśli jego wymiary całkowite będą nie większe niż 4 mm i spełniony pozostanie oryginalny warunek dotyczący stopnia wypełnienia matryc nie mniejszego niż 75%,
- 1.2 dopuszcza wielkość pojedynczej mikroceli 40 mikrometrów,
- 1.3 dopuszcza zaproponowany alternatywny sposób montażu matryc fotopowielaczy krzemowych przez lutowanie zamiast gniazda mocującego.

Zamawiający informuje, iż powyższa pytania i odpowiedzi do Zaproszenia, stanowią jego integralną część. Zamawiający dokonał już zmiany terminu składania i otwarcia ofert na 11.05.2022 r. godz. 12.00.

Z poważaniem,

Joanna Piecuch