

**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO**

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03

e-mail: [bzp@uj.edu.pl](mailto:bzp@uj.edu.pl)

<https://www.uj.edu.pl> ; <https://przetargi.uj.edu.pl>



Kraków, dnia 23.09.2022 r.

**Do wszystkich potencjalnych wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego na udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm., dalej „ustawa PZP”) na wyłonienie w zakresie dostawy ultramikrotomu – urządzenia umożliwiającego krojenie półciennych i ultra cienkich skrawków dla Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ w Krakowie (Znak sprawy: 80.272.374.2022)

***Pytania i odpowiedzi na zadane zapytania***

*Szanowni Państwo,*

W odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytanie jednego z potencjalnych wykonawców skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.09.2022 r., dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert, uprzejmie wyjaśniamy, co następuje:

**Pytanie nr 1:**

W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik A do Zaproszenia w Rozdziale I pkt 7 Zamawiający napisał:

„ Uchwyty preparatów

1. Regulowany, uniwersalny uchwyt do preparatów o średnicach w zakresie minimum 38mm min. 2 sztuki

2. Regulowany uchwyt do próbek płaskich w zakresie minimum 0-4mm min. 1 sztuka”

Czy w powyższym zapisie nie wkraść się błąd? Czy Zamawiający miał może na myśli uchwyt do preparatów o średnicach: w zakresie minimum 3-8 mm, zamiast w zakresie minimum 38 mm, podobnie jak podano w punkcie 2.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia występuje błąd, poprawny zakres średnicy dla uchwytu uniwersalnego to 3-8 mm.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter wpływają one na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień **29 września 2022 r.**, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

*Z poważaniem  
Joanna Marzęda*