

<p style="text-align: center;">DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl</p>	
--	---

Kraków, dnia 13.04.2023 r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie art. 11 ust 5 pkt ustawy 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1360 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia do komory przechowywania UCN dla Instytutu Fizyki UJ – postępowanie w podziale na części.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI ZAPROSZENIA

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Zaprośzenia do składania ofert, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę by zawór wysokiej próżni (gate valve) miał następujące parametry (różne od podanych w zapytaniu):

- minimalny zakres ciśnień - od 1E-8 do 1000 mbar
- zachowanie w przypadku błędu zasilania: pozostaje w pozycji, w której był w momencie gdy błąd zasilania nastąpił

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowanie zaworu wysokiej próżni o powyższych parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści Zaprośzenia stanowią jej integralną część, a terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Karolina Gorczyca