



Kraków, dnia 21 czerwca 2023 r.

## Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy automatycznego analizatora generacji trombiny na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków UJ w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.225.2023

### PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie pakietu startowego w ofercie poprzez rozszerzenie tabeli cenowej o punkt – „pakiet startowy odczynniki oraz materiały zużywalne” z ich wymienieniem w podpunktach 2a, 2b, 2c itd.? Jest to niezbędne dla jasnego przedstawienia jakie elementy i w jakiej ilości wchodzi w skład pakietu startowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert, w ten sposób, że w opisie przedmiotu zamówienia wiersz 3. „Odczynniki – pakiet startowy zawierający: kalibrator dla trombiny, substrat do wywoływania reakcji, odczynniki do wykonywania w próbkach ubogopłytkowego osocza” oraz wiersz 22. „Kompatybilne odczynniki do wykonywania badań w osoczu ubogopłytkowym, osoczu bogatopłytkowym, do oceny mikrocząsteczek bez fosfolipidów” – skreśla się.**

2. W związku z niespójnością zapisów prosimy o jednoznaczne określenie/doprecyzowanie, że wymagana jest 12 miesięczna gwarancja na dostarczony sprzęt.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga min. 12 miesięcznej gwarancji.**

3. Zamawiający dokonuje również modyfikacji punktu 5) Zaproszenia, który otrzymuje brzmienie:

„5) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty email: [piotr.molczyk@uj.edu.pl](mailto:piotr.molczyk@uj.edu.pl).

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiegokolwiek dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Przed złożeniem ofert Wykonawcy mogą przysyłać Zamawiającemu uwagi, co do treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający uwzględniając przesłane uwagi może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia oraz odpowiednio wydłużyć termin składania ofert.

4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest w zakresie formalnym i merytorycznym – Piotr Molczyk, e-mail: [piotr.molczyk@uj.edu.pl](mailto:piotr.molczyk@uj.edu.pl).

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający zawiadamia, iż przedłuża termin składania ofert do **27.06.2023 do godziny 10:00**.

Piotr Molczyk