

	DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl	
---	---	---

Kraków, dnia 28 grudnia 2023 r.

Do wykonawców

dot. postępowania z dziedziny nauki na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie spektrofлуorymetru UV-vis-NIR na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

**ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż po weryfikacji i ocenie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę SPECTRO-LAB Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki – wykonawcy oferującego realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto w wysokości 499 872,00 zł oraz spełniającego wszystkie wymagania postawione w treści Zaproszenia do składania ofert.

O uznaniu oferty ww. wykonawcy za najkorzystniejszą zdecydowała zaoferowana cena przy spełnieniu wszystkich, wymaganych treścią Zaproszenia do składania ofert parametrów technicznych.

Równocześnie informujemy, że oferta COMEF Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice – wykonawcy oferującego realizację całości zamówienia za cenę 415 740,00 zł brutto, została odrzucona, z uwagi na niespełnienie warunków zamówienia, a w szczególności poniższych parametrów technicznych:

- minimalny krok monochromatora nie większy niż 0.01 nm (z punktu 1. Opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy monochromatora w torze wzbudzenia) – w ofercie firmy Comef Sp. z o. o. Sp. k. podano, że minimalny krok dla tego monochromatora wynosi 0.02 nm (załącznik 3);
- minimalny krok monochromatora nie większy niż 0.01 nm (z punktu 2. Opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy monochromatora w torze emisji) – w ofercie firmy Comef Sp. z o. o. Sp. k. podano, że minimalny krok dla tego monochromatora wynosi 0.02 nm (załącznik 3);
- duża (objętość nie mniejsza niż 32 000 cm³) komora próbki (z punktu 3. Opisu przedmiotu zamówienia) – w ofercie firmy Comef Sp. z o. o. Sp. k. podano, że komora próbki jest mniejsza niż 32 000 cm³ (załącznik 3);
- optyka ogniskująca oparta na soczewkach (z punktu 3. Opisu przedmiotu zamówienia) – w ofercie firmy Comef Sp. z o. o. Sp. k. podano, że oferowana aparatura nie jest oparta na soczewkach (oparta jest na zwierciadłach);
- automatyczny układ kontroli intensywności wiązki wzbudzającej (z punktu 3. Opisu przedmiotu zamówienia) – w ofercie firmy Comef Sp. z o. o. Sp. k. podano, że oferowana aparatura nie zawiera takiego systemu (zostało stwierdzone, że nie jest potrzebny taki system).

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

Monika Poniewierska